

医療関係者 各位

経皮吸収型 卵胞・黄体ホルモン製剤
メノエイドコンビ®パッチ出荷停止および自主回収のお詫びとお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素より弊社商品につきまして、格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

メノエイドコンビ®パッチにおいて、製剤のフィルムの一部が剥離するという事案が発生しております。本商品を使用したことによる、有効性への影響、重篤な健康被害のおそれはないと考えております。ただし、外観が当社の定める規格に適合しておらず、これにより誤使用につながるおそれがあるため、万全を期して、本商品を自主回収および出荷停止させていただきます。

現在、原因究明に努めておりますため、出荷再開時期につきましては、詳細が判明し次第、改めてご案内させていただきます。

本件につきまして、医療関係者の皆様ならびに患者様、関係者の皆様には多大なご迷惑とお手数をおかけいたしますこと、深くお詫び申し上げます。

何卒事情をご賢察の上、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

久光製薬株式会社

記

【対象商品】

商品名	包装	JAN コード	統一商品コード	GS1 コード 上段: 調剤包装単位 下段: 販売包装単位
メノエイドコンビ®パッチ	24 枚 (1 枚/1 袋 × 24 袋)	4987188455005	188-45500-5	(01)04987188243015 (01)14987188455002
メノエイドコンビ®パッチ	48 枚 (1 枚/1 袋 × 48 袋)	4987188455012	188-45501-2	(01)04987188243015 (01)14987188455019
メノエイドコンビ®パッチ	96 枚 (1 枚/1 袋 × 96 袋)	4987188455029	188-45502-9	(01)04987188243015 (01)14987188455026

※ロット番号は次ページに記載

【出荷状況・対応状況】

出 荷 量 の 状 況 : C. 出荷停止
製造販売業者の対応状況 : ⑤供給停止

《回収方法および対象商品》

1. 回収方法

回収対象商品がございましたら、ご購入された特約店様へご連絡をお願い申し上げます。

2. 回収対象商品および包装単位・ロット

- ・メノエイドコンビ®パッチ 24 枚[1 枚/1 袋×24 袋]
- ・メノエイドコンビ®パッチ 48 枚[1 枚/1 袋×48 袋]
- ・メノエイドコンビ®パッチ 96 枚[1 枚/1 袋×96 袋]

ロット番号	使用期限
98202	2026 年 10 月
98461	2026 年 11 月
98626	2026 年 12 月
16050	2027 年 1 月
16287	2027 年 1 月
16465	2027 年 2 月

3. 連絡先

【本件に関する問い合わせ先】

久光製薬株式会社 お客様相談室

〒135-6008 東京都江東区豊洲三丁目 3 番 3 号

TEL.0120-381332 FAX.(03)5293-1723

受付時間／9:00-17:50(土日・祝日・会社休日を除く)

以上